



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Концерн «Аксион».

Место нахождения: 426000, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, улица Максима Горького, дом 90, основной государственный регистрационный номер 1141831004072.

Телефон: 83412560847. Адрес электронной почты: concern_axion@mail.ru

в лице Генерального директора Екимчева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава **заявляет, что** Дозатор шприцевый Д01 по ТУ 9444-216-49640047-2015 в составе:

1. Блок дозатора ЮМГИ.942312.003 - 1 шт.
2. Шнур питания ЮМГИ.685612.092 - 1 шт.
3. Кабель питания ЮМГИ.685631.223 - 1 шт.
4. Струбцина ЮМГИ.301533.003 - 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации ЮМГИ.942312.001 РЭ - 1 шт.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Концерн «Аксион»

Место нахождения: 426000, Россия, Республика Удмуртская, город Ижевск, улица Максима Горького, дом 90.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9444-216-49640047-2015.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 90 840 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 2019-009.4 от 28.01.2019 г. Испытательной лаборатории АО "НИИМТ", рег. № РОСС RU.0001.517966 с 15.04.2015 г.

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 30324.1.2-2012 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний.», разделы 3 и 36, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 "Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания."

Условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня приемки ОТК.

Средний срок службы 5 лет.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № РЗН 2016/3739 от 12 ноября 2018 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.03.2024 включительно.

(подпись)



Екимчев Сергей Николаевич

Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ИМ35.В.00036/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.03.2019